

دفتر الشروط الفنية لجهاز تعقيم بالبخار - صغير  
لرورم

**The technical conditions book for**  
**Small steam Sterilizer**  
**for Hospital**  
**[STE-3]**

<b>small Steam Sterilizer</b> <b>Qty / ١</b> <b>15</b>	<b>جهاز تعقيم بالبخار / صغير</b> <b>عدد ١</b> <b>١٥</b>
<b>المواصفات الفنية :</b>	
<b>1-Table- top model ,chamber Capacity ٢٤ liter at least . The bidder should specify the dimensions - shape - useful space and the number of trays</b>	<b>١- يوضع على المنضدة ، سعة الحجرة ٢٤ لتر على الأقل و يحدد العارض شكل الحجرة - أبعادها الداخلية - السعة الفعلية و عدد الصواني</b>
<b>2- Supplied with sterilization programs (121-134) C. The bidder should specify (programs , the total time cycle), in addition to the standard test (leak test , Bowie &amp; Dick ) The bidder should mention all additional Programs</b>	<b>٢- مزود ببرامج تعقيم (١٢١ - ١٣٤) درجة مئوية مع ذكر وتفصيل البرامج و الزمن الكلي لدورة التعقيم لكل منها، بالإضافة إلى برامج الفحص الأساسية ( فحص التخلية - bowie &amp; dick ) وفي حال وجود برامج إضافية على العارض ذكرها .</b>
<b>3- High quality Stainless steel Sterilization chamber and The internal door, should be specified by the bidder thickness, grade , quality Certificate for stainless</b>	<b>٣- حجرة التعقيم والباب من الداخل مصنوعة من الستانلس ستيل عالي الجودة يحدد العارض عياره و سماكته مع تقديم شهادة جودة للستانلس</b>
<b>4- The bidder should specify The method of chamber heating</b>	<b>٤- يحدد العارض طريقة تسخين حجرة التعقيم</b>
<b>5- The bidder should specify closed tightly</b>	<b>٥- يحدد العارض طريقة إحكام إغلاق الباب</b>
<b>6-The bidder should provide the hydraulic - diagram with their specifications</b>	<b>٦- يقدم العارض المخطط الهيدروليكي للجهاز مع التوصيف</b>
<b>7- supplied with steam generator separated from the chamber and the bidder should specify (</b>	<b>٧- مزود بمولد بخار ذاتي مسفل عن الحجرة ويحدد</b>

filters, safety valve , protective, Way of steam entrance, distilling water reservoir )	العارض مواصفاته مع كافة متممات النظام مع الفلاتر وصمامات الأمان و كافة الحمايات و طريقة دخول البخار إلى الحجرة ويوصى خزان الماء المقطر
8- Provide with vacuum, the bidder should explain and specify(the vacuum system ,components ,the Number of pre-pulse vacuum.	- ٨- مزود بتخلية وعلى العارض أن يشرح ويوصى نظام التخلية التي يعمل بها الجهاز مع كافة المحتويات مع تحديد عدد لبعض التخلية الأولية .
9- The bidder should specify the method of exhaust steam from the chamber (the close cycle is preferred).	- ٩- يحدد العارض طريقة طرد البخار من الحجرة و تفضل الدارة المغلقة
10- The drying should be include the vacuum	- ١٠- تتضمن آلية التجفيف عملية تخلية .
11- The bidder should be private high quality control unite and should committee to repair any miss function in the unit or the system for free during to maintenance contract	- ١١- يحدد العارض نظام البرمجة والتحكم على أن تكون وحدة التحكم عالية الجودة ويحدد العارض مواصفاتها ويلتزم العارض في حال حدوث أي عطل بالإصلاح مجاناً خلال فترة الصيانة.
12- Screen display all parameter with Printer the bidder should be specified it.	- ١٢- شاشة لا ظهار بaramترات الجهاز (حرارة - ضغط - اعطال وطريقة علاجها ..... ) و طابعة و يحدد العارض مواصفاتها
13- Door should not opened until the minimum limits internal pressure and temperature, the bidder should be specified it	- ١٣- لا يفتح الباب حتى انخفاض الضغط والحرارة إلى الحدود الدنيا يحددها العارض .
14- Supplied with indicators to measure the pressure and temperature of the chamber.	- ١٤- مزود بمؤشرات لقياس الضغط والحرارة لحجرة التعقيم .
15- Supplied with safety valve for pressure, the bidder should specify the design pressure	- ١٥- مزود بصمام أمان لضغط الحجرة ويحدد العارض الضغط التصميمي للحجرة.
16- Quantity and kind alarms the bidder should be specified it.	- ١٦- يحدد العارض عدد و أنواع الإنذارات المتوفرة في الجهاز .
17- Quantity and kind sensors the bidder should be specified it.	- ١٧- يحدد العارض عدد و أنواع الحساسات المتوفرة في الجهاز .
18- The bidder should specify the quantity and kind Of (valves ,filters )and life time filter	- ١٨- يحدد العارض عدد وأنواع الصمامات و الفلاتر و عمرها الزمني .
19-Anti rust metal the bidder should specified it,	- ١٩- معدن الهيكل الخارجي للجهاز مقاوم للصدأ على

(preferred stainless steel).	العارض أن يحدده العرض ويفضل أن يكون من الستانلس ستيل .
20- The bidder should mention the kind of isolation	٢٠- على العارض ذكر نوع العزل .
21-The bidder should specify the surface temperature at the sterilization period.	٢١- يحدد العارض درجة حرارة السطح الخارجي للجهاز أثناء مرحلة التعقيم
22- If the device needs special conditions like ( water – electric – air ) the bidder should mention and supply it	٢٢- في حال كون الجهاز يعمل ضمن شروط معينة يحتاجها ( ماء – كهرباء – هواء ..... ) أو أي شيء آخر على العارض ذكره وتأمينه
23- Two shelf's at least, (the bidder should supply the high quality stainless steel shelf holder in case chamber cylinder) .grad to be specified by the bidder .	٢٣ - يذكر العارض عدد الرفوف على أن لا يقل عن اثنين وفي حال شكل الحجرة أسطواني إحضار حاملة صواني مناسبة للحجرة و مصنوعة من الستانلس ستيل يحدد العارض عياره وسماكته ويكون من نفس الشركة الصانعة .
24- The bidder should provide and specify (/ 1/ instrument mish tray ,/1/ instrument surgical tray ) made of Stainless steel .	٢٤- يقدم العارض صينية شبك وصينية صلبة للأدوات الجراحية بسعة مناسبة للجهاز مصنوعة من الستانلس ستيل مع ذكر مواصفاتها .
25- supplied :	٢٥- يقدم مع الجهاز : - جوان باب احتياط /٥/ - سخان /٥/ - طقم فلاتر
26-The bidder should mention and provide all the consumable and spare parts in guarantee year .	٢٦- يحدد ويقدم العارض المستهلكات وقطع التبديل خلال سنة الضمان
27- The bidder should specify: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sterilizing cycle time: (for 134 ° program cycle)</li><li>▪ Actual dimensions of chamber (Cm)</li><li>▪ external dimensions (cm)</li><li>▪ Weight</li><li>▪ Capacity of distilling water</li></ul>	٢٧- يحدد العارض مايلي: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ مدة دورة التعقيم (برنامج ١٣٤ درجة مئوية)</li><li>▪ سم أبعاد غرفة التعقيم</li><li>▪ سم الأبعاد الخارجية</li><li>▪ الوزن</li></ul>

<b>reservoir--Lt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Power requirement for device /kw/</li> <li>▪ Noise level.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ سعة خزان الماء المقطر</li> <li>▪ الاستطاعة الكهربائية اللازمة للجهاز (kw)</li> <li>▪ نسبة الضجيج ،</li> </ul>
<b>28- Power supply:</b> $220 \text{ V} \pm 10\% - 50 \text{ Hz}$	<b>٢٨ - التغذية الكهربائية:</b> ٢٢٠ فولت - ٥٠ هرتز
<b>29- installation place as the device in Syria is mentioned by the bidder</b>	<b>٢٩ - يذكر العارض أماكن تركيب نفس الجهاز في سوريا</b>
<b>30- The bidder should specify the quality Certificate from origin manufacture .</b>	<b>٣٠ - يقدم العارض شهادات جودة موثقة من بلد المنشأ .</b>

عضو

عضو

عضو